



南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Measurement and Testing Technology

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No. 第 01219541-001 号

委托者
Customer

中国医学科学院皮肤病医院

委托者地址
Add. of Customer

/

样品名称
Description of Sample

冷链

制造厂商
Manufacturer

海尔

型号/规格
Model/Specification

YB-HC004-00

样品编号
Number of Sample

详见结果页 设备编号: 临床试验

受样日期
Date of Sampling

2021 - 10 - 21

证书批准人
Approved by

徐昇

批准人职务
Position

医械部部长

校准员
Calibrated by

周安石

核验员
Checked by

陈琳

校准日期

Date of this Calibration

2021

年

Year

10

月

Month

21

日

Day



未经许可，部分复制本证书内容无效，本证书加盖校准专用章有效。

It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT. This certificate will be valid with office stamp.

计量检定机构授权证书号: (苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址: 南京市栖霞区仙林大道10号

Add: No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱: jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询: 025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话: 025-86735513

Tel.

邮编: 210049

PostCode

传真: 025-86735513

Fax

校准技术依据： Reference of Calibration	JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》
-------------------------------------	-----------------------------------

校准使用的主要计量标准器具
Standard of Measurement Used in This Calibration

名称 Name	型号规格 Model/Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
温湿度试验设备 自动检定系统	Vtest 1101- III	MPE: $\pm 0.03\%F \cdot S$	13050420	南京市计量监督检测院 01113426	2022-02-01

本次校准所使用的计量标准器具的量值可溯源至国家基准
This standard of measurement used in calibration be traceable to the national primary standard in the P.R.C

校准地点：
Location Where the Calibration was Carried Out 现场

校准时环境条件：
Environmental Condition For Calibration

温度：
Temperature 16°C 相对湿度：
Relative Humidity 48% 其它：
Others /

说明/专业建议：
Explanation/Professional Suggestion

如果希望在制造商指定的技术指标范围内，或者在技术法规规定的范围内使用本校准结果，建议复校时间间隔为 12 个月。
If you hope the results of this calibration conform to the technical target put forward by the manufacturer or the Regulations, you should take this instrument to calibrate before this time limit.

其它说明：
Other Remarks /

本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。
It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) calibrated.

校准数据/结果：
Data/Result of Calibration

测量点	显示温度/°C	实测温度/°C
000061d8	5.9	4.8
00006047	6.3	5.9
00005FA3	6.0	4.8
00006092	5.9	5.1
000062d3	22.3	22.1
000062A6	6.0	4.1
0000615E	13.6	13.0

本次校准结果的不确定度：
Uncertainty of This Calibration Result

温度：测量范围（-80~280）°C， $U=0.2^{\circ}\text{C}$ ， $k=2$